## 質疑回答書

(件名) 市立東大阪医療センター病室用床頭台他一式

No	資料名	項目/ページ等	質問事項	回答
1	仕様書	4ページ 5 その他付帯条件 2 旧商品の引取りに ついて	小型冷蔵庫 150台程度 のメーカー名、品番、容量を教えてほしい。	SANYO HSR-21SL(C) 容量21Lとなります。
2	仕様書	4ページ 5 その他付帯条件 2 旧商品の引取りに ついて	「当センターが指定する小型冷蔵庫は、地下1階の保管場所に移設すること」とあるが、 床頭台と同時に廃棄する方法でもよいか?	仕様書どおり指定する冷蔵庫については、地下1階へ移設してください。 移設対象は、この数年で故障に伴い更新したペルチェ式冷蔵庫となります。 予備品として確保しておくため移設をお願いするものですが、移設台数は全体のごく一部となる見込みです。
3				
4				
5				